

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty (Nhà thầu)

Trung tâm y tế huyện Lộc Ninh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp vật tư y tế dùng trong chạy thận theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Trung tâm y tế huyện Lộc Ninh theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Mua sắm vật tư y tế dùng trong chạy thận tháng 12 năm 2023.
 2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.
 3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
 4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
 5. Địa điểm thực hiện: Phạm Ngọc Thạch, TT Lộc Ninh, H. Lộc Ninh, T. Bình Phước.
 6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 06 tháng kể từ ngày ký.
 7. Yêu cầu về chào giá: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, và các chi phí khác có liên quan.
 8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 16h00 ngày 10/12/2023 hoặc đến khi Trung tâm y tế huyện Lộc Ninh nhận đủ báo giá theo quy định.
 - Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá : Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Khoa dược & TTBYT – TTYT Huyện Lộc ninh. Địa chỉ : Phạm Ngọc Thạch, TT Lộc Ninh, H. Lộc Ninh, T. Bình Phước.. Người nhận: DS Hiền (SĐT: 0984,564,939).
 9. Yêu cầu khác: Hồ sơ chào giá bao gồm các tài liệu sau:
 - + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên , đóng dấu) theo mẫu đính kèm hoặc mẫu của công ty;
 - + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu (nếu có);
 - + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực hoặc ký từ năm 2022 trở về sau hoặc thông báo trúng thầu (nếu có); ✓
- Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VTTTB;



BS CKI *Bé Đức Hiền*

PHỤ LỤC 1: DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ
(Kèm theo Thông báo số: 6.5.3.../TB-TTYT ngày 01/12/2023)



Stt	Danh mục	Đơn vị tính	Số lượng
01	Bộ dây lọc thận	Bộ	912
02	Dung dịch rửa màng lọc thận	Thùng	6
03	Kim lọc thận nhân tạo	Cái	2,000
04	Quả lọc thận nhân tạo Lowflux, 1.5m2	Quả	144

I/ Yêu cầu về thông số kỹ thuật:

Hàng hóa cung cấp là vật tư y tế dùng trong chạy thận và đáp ứng các yêu cầu về thông số, tiêu chuẩn như sau:

Stt	Danh mục	Thông số kỹ thuật
01	Bộ dây lọc thận	Bộ dây chạy thận bao gồm dây động mạch và dây tĩnh mạch, có 1 đầu transducer, đường kính dây chính (4,5x6,8) mm. Bầu nhỏ giọt đường kính ngoài OD: 19-30 mm, chiều dài L: 130 mm; đường kính dây bơm (8,0x12x400) mm, thể tích làm đầy 163±10% mL. Chất liệu mềm mại, tương thích với nhiều loại máy chạy thận, có vị trí tiêm phía trước buồng nhỏ giọt tránh bọt khí đi vào mạch máu. - Tiệt trùng bằng khí EO - Có các điểm lấy mẫu máu và xử lý thuốc. - Dây động mạch có túi báo thay đổi áp lực máu (Pillow) được cung cấp theo yêu cầu. Tiêu chuẩn tối thiểu : ISO; EC hoặc tương đương
02	Dung dịch rửa màng lọc thận	Thành phần bao gồm Peracetic acid: 4.0%, Hydrogen peroxide: 26.0%, Acetic Acid: 5%- 10%, nước: 60% - 65% Sản phẩm đạt tiêu chuẩn tối thiểu : ISO
03	Kim lọc thận nhân tạo	Gồm có: -1 kim (16G) dài 25mm có thành siêu mỏng, được phủ silicone để ngăn chặn máu đông tụ. -1 cánh mã màu giúp phân biệt kích thước kim, loại cánh xoay. -1 kẹp khóa -1 đầu nối phù hợp với mọi bộ dây chạy thận -1 ống dây dài 30cm -1 khe hở (backeye) ngay đầu kim, ngăn chặn bất ổn và tổn thương mô, có điểm đánh dấu mặt vát kim. - Tiệt trùng bằng khí Ethylene oxide. Tiêu chuẩn tối thiểu : ISO; EC hoặc tương đương
04	Quả lọc thận nhân tạo Lowflux, 1.5m2	Màng lọc low flux, chất liệu Polyethersulfone không giãn nở khi tiếp xúc với máu và hóa chất bảo quản, không gây dị ứng, phản ứng sốt, rét, TMP Max 500mm Hg; diện tích màng 1.5m ² ; độ thanh thải ở lưu lượng 200ml/phút; Urea 192, Creatinine 185, Phosphate 186, Vitamin B12 124, hệ số siêu lọc: 22 ml/hr/mmHg, thể tích môi: 96ml . Tiệt trùng bằng tia Gamma; Vỏ và nắp làm bằng nhựa PC (Polycarbonate), độ bền cao, không thấm khí. Tiêu chuẩn tối thiểu : ISO; EC hoặc tương đương

II/ Yêu cầu khác:

1. Tiến độ cung cấp hàng hóa:

Giao hàng trong vòng 72 giờ khi nhận được yêu cầu của bệnh viện kể cả ngày nghỉ, lễ, tết.



PHỤ LỤC 2: MẪU CHÀO GIÁ

(Kèm theo Thông báo số: 6.5.3../TB-TTYT ngày 11/12/2023)

Công ty:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm y tế huyện Lộc Ninh
Địa chỉ: Phạm Ngọc Thạch, TT Lộc Ninh, H. Lộc Ninh, T. Bình Phước
Theo Thông báo mời chào giá số/TB-TTYT ngày tháng năm 2023 của
Trung tâm y tế huyện Lộc Ninh, Công ty... báo giá như sau:

Stt	Danh mục	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
Tổng cộng:					
<i>Số tiền bằng chữ:</i>					

Yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa và cung cấp hàng hóa đáp ứng theo yêu cầu tại phụ lục 1 được đính kèm trong Thông báo mời chào giá.

Báo giá này có hiệu lực kể từ ngày ký đến / / 2023.

Ngày tháng năm 2023

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên và đóng dấu)